



## РЕШЕНИЕ

№ ОПИ-1049/2.1.11.2017 г.

за определяне на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България: „Доставка на уред за визуален и спектрален анализ на документи окомплектован със стереомикроскоп и компютърна конфигурация, необходим за Оперативен дежурен център за нуждите за разследване на ПРБ по проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите.Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, открита с Решение ОПИ-1049 от дата 05.09.2017г. на Даниела Иванова Попова– административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-225/28.07.2017г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България.

На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1 и във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки и въз основа на отразени констатации, решения и мотиви в протоколи от работата на комисията и в утвърден от възложителя Доклад от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-09-92/13.10.2017г. на г-н Сотир Цацаров - главен прокурор на Република България, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците в открита по вид процедура за възлагане на обществената поръчка, открита с Решение № ОПИ-1049 от дата 05.09.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 02538-2017-0015 и в профила на купувача на адрес: <http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-porch/>

### О Б Я В Я В А М:

#### I. КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

**I-во място:** „Т.Е.А.М“ ООД, с предложена от участника „Общата цена за изпълнение на поръчката“ - 256 550,00 /двеста петдесет и шест хиляди петстотин и петдесет/ лева без включен ДДС.

#### **Мотиви:**

Класирането е извършено съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП и е след извършен предварителен подбор на участниците и установяване съответствието им с изискванията за лично състояние и с поставените от възложителя критерии за подбор,

*Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария  
чрез Тематичен фонд „Сигурност“*



както и след установяване съответствието на офертите с предварително обявените условия. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

**II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник:**

- „Т.Е.А.М“ ООД, ЕИК 040215128

**Мотиви:** За участника, определен за изпълнител са изпълнени условията по чл. 109 от ЗОП, а именно: не са налице задължителните и посочените от Възложителя незадължителни основания за отстраняване, участникът отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор, подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия на поръчката. Същият е предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката и е класиран на първо място.

**ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата следните участници:**

1. „Капелен България“ ЕООД, ЕИК 831322021 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Мотиви:**

1. Относно оферирания от участника уред за визуален и спектрален анализ на документи са констатирани следните несъответствия:

1.1. Увеличение

- Предложения от участника уред е с област на заснемане в един кадър от 3.6x2.7 до 213x160mm, което не отговаря на изискванията на възложителя, които са: максимална област на заснемане в един кадър: минимум 205x165mm

- Размер на работното помещение за анализ до формат DINA 3 – 297x420 mm и възможност за анализ на по-големи документи, което не отговаря на изискванията на възложителя, които са: размер на работното помещение за анализ мин. 500x400mm и възможност за анализ на по-големи документи чрез подвижни страници и гръб на помещението за документи.

- Липсва деклариране на възможност за анализ чрез подвижни страници и гръб на помещението за документи;

1.2. Осветителна система

- Система от 16 броя светодиодни източници за проверка на холограми и кинеграми под различни ъгли, което не отговаря на изискванията на възложителя,



които са: система от **мин. 25 броя** светодиодни източници за проверка на холограми и кинеграми под различни ъгли ;

- Непрекъснат филтър осигуряващ тесен спектрален сноп в областта 400 - 1000 нм за прецизен спектрален контрол с варираща стъпка **от 1 нм**, което не отговаря на изискванията на възложителя, които са: непрекъснат филтър осигуряващ тесен спектрален сноп в областта 400 - 1000 нм за прецизен спектрален контрол с варираща стъпка **до под 0.5 нм**.

### 1.3. Софтуер

- Запис на изображенията в различни формати, JPG, JPG2000, PNG, ND2, GIF, LJM, BMP, TIFF, PDF, което не отговаря на изискванията на възложителя, които са: Запис на изображенията в различни формати, мин. JPG, BMP, TIFF, **RAW**, PDF.

### 1.4. Аксесоари

- Моторизирана, софтуерно контролирана X-Y поставка за позициониране на документите в помещението на основния уред, която може да се придвижва **± 25.5 mm** в X и Y посока, което не отговаря на изискванията на възложителя, които са: моторизирана, софтуерно контролирана X-Y поставка за позициониране на документите в помещението на основния уред. Прецизност на позициониране мин. **±0.05 мм**. Разстояние на придвижване: **мин ±45 мм** в посоки x и y;

- Референтна база на лични документи, подлежаща на постоянно осъвременяване – 2 369 документа (2 255 паспорта, 114 визи) от **185 държави** със записани в изображенията условия на заснемане и функция за автоматичното им зареждане в уреда при проверка на съответния документ при сравняване, което не отговаря на изискванията на възложителя, които са: база данни с лични документи на **мин 190 държави** със записани в изображенията условия на заснемане и функция за автоматичното им зареждане в уреда при проверка на съответния документ при сравняване;

## 2. Относно оферирания от участника стереомикроскоп с цифрова камера

### 2.1. Камера

- Цифрова CMOS USB 3.0 камера с резолюция 5 Мрх (2592x1944MP); Изображението от камерата е идентично с това от уреда за спектрален анализ и има възможност да се възпроизвежда в софтуера на уреда за визуален и спектрален анализ на документи по т. 1.1. - **Липсва посочване на работен спектрален диапазон.**



**III. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 43, АЛ. 1 ОТ ЗОП** настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок до участниците в процедурата, по някой от посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини.

**IV. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗОП И ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ПЗЗОП** настоящото решение да бъде публикувано в деня на изпращането му на участниците в процедурата, в електронната преписка на обществената поръчка, в раздел „Профил на купувача“ на Интернет адрес: <http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-porch/>

**V. ОРГАН, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ:**

**Официално наименование:** Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18.

**Електронна поща:** [srcadmin@src.bg](mailto:srcadmin@src.bg); **Интернет адрес:** [www.src.bg](http://www.src.bg).

**Срок за подаване на жалби:** Жалби могат да се подават в десетдневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП от всеки заинтересован кандидат в процедурата.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличено на основание  
чл. 2 от ЗЗЛД

